

A
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA
ESTADO DE SÃO PAULO

REF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 51/2018
Processo Licitatório nº 123/18

Ref. Item 01 – ELETROCARDIOGRAFO DIGITAL.

Curitiba, 06 de Agosto de 2018.

Prezados Senhores,

A empresa Macro Life Importadora de Produtos Médicos – EIRELI EPP., pessoa jurídica de direito privado, sediada na Cidade de Curitiba/PR sito a Rua Dante Angelote nº 531 – Bairro Alto, inscrita no CNPJ 05.022.486/0001-82, neste ato representado por sua proprietária, infra-assinado, e como licitante do Pregão Presencial Nº 51/2018, e tendo manifestado intenção durante a sessão, vem interpor, tempestivamente e respeitosamente, com base na verdade e honestidade, nos fatos e na justiça, assim como na Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1.993 e Lei 10.520 de 17 de julho de 2002, apresentar junto a esta Comissão de Licitação, e ao respectivo Departamento Jurídico o seguinte:

RECURSO

Item 01:

APARELHO ELETROCARDIOGRAFO DIGITAL - Principais Características: Eletrocardiografo digital com 12 canais simultâneos. Impressora térmica integrada de alta resolução configurável para impressão se 12 canais no formato A4. Tela de LCD colorida touchscreen com no mínimo 7", com visualização prévia do exame em tempo real das 12 variações. Detecção Automática de arritmias, histórico mínimo de 10 minutos das 12 derivações, medidas complexas e pré-laudo do ECG em pacientes adultos, pediátricos e neonatos. Função grade para impressão em papel de fax. Identificação de sinal de marca-passo. Proteção contra descarga de desfibrilador. Memória interna de armazenamento no mínimo 20 exames, identificados através do leitor de código de barras. Alimentação bivolt automático diretamente à rede elétrica e bateria de lítio de alta performance para no mínimo 200 exames. Worklist bidirecional que permite importar e exportar a lista de exames agendados, selecionar o paciente e integrar-se ao prontuário eletrônico. Interfaces LAN, USB, RS232 E WI-FI. Manual de instruções. Garantia de 01 (um) ano de fabricação.

A empresa ALLIANCARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA., ora arrematante do Item 01, ofertou equipamento da marca BIOCARE modelo IE12A, Registro ANVISA nº 80102511303 que NÃO ATENDE AO DESCRITIVO solicitado:

... Impressora térmica integrada de alta resolução **configurável para impressão se 12 canais no formato A4** ...

... *Detecção Automática de arritmias, histórico mínimo de 10 minutos das 12 derivações, medidas complexas e pré-laudo do ECG em pacientes adultos, pediátricos e neonatos. Função grade para impressão em papel de fax...*

Fatos estes que podem ser comprovados no Site da ANVISA: http://www.anvisa.gov.br/scriptsweb/correlato/correlato_rotulagem.htm informando o numero do registro é possível acessar a TABELA COMPARATIVA e o FORMULÁRIO DE IMAGEM GRÁFICA DOS PRODUTOS (**anexos a este) onde informa sobre o tamanho do papel utilizado para o equipamento ofertado e não é possível localizar nenhuma informação sobre Detecção Automática de Arritmias principalmente para Neonatos e ainda a função que possibilita a impressão em papel fax.

Sendo assim a empresa não ofertou equipamento de acordo com o edital, restando na sua desclassificação.

Preliminarmente cabe salientar que, a licitante ora arrematante ofertou equipamento em desacordo com o solicitado no edital. Vale lembrar, que quando apresentamos a proposta de preços, declaramos que nos atentamos a todas as exigências do Edital, especificações e documentação, e concordamos apresentando nossa proposta perfeitamente compatível ao solicitado, e é acreditando que conseguiremos atingir as expectativas do usuário, que estará realizando um diagnóstico correto e preciso, enfim, quando apresentamos nossa proposta estamos firmando um compromisso.

O julgamento da proposta por sua vez deve ser objetivo, apoiado em critérios bem definidos no instrumento convocatório, os quais, atendendo ao “Princípio de Legalidade”, não poderão contrariar as regras dispostas na Lei e suas normas, bem como, evidentemente, aos princípios basilares de licitação. E baseando-se na principal finalidade da licitação, onde seleciona a “proposta mais vantajosa para Administração Pública”, e esta vantagem dando-se através da adequação e satisfação ao interesse público, e que atenda aos requisitos e exigências das normas e instituições responsáveis e a especificação contida no presente edital.

Isto posto,

Diante dos fatos apresentados de irregularidade da oferta da empresa ALLIANCARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA., para o Item 01 – Eletrocardiógrafo, SOLICITAMOS SUA DESCCLASSIFICAÇÃO POR NÃO ATENDER ao solicitado no Edital.

Requer:

Seja dada providência ao presente Recurso, pela Comissão de Licitação por ser um princípio de justiça.



Cynthia Fumagalli
Proprietária
RG. 4.869.569-8 PR
CPF. 874.981.629-20

TABELA COMPARATIVA

Modelos	ECG-101G	ECG-300G	ECG-1210	ECG-1230	ECG-2000	ECG-3010
Comprimento (cm)	360 mm	360 mm	360 mm	360 mm	335 mm	268 mm
Largura (cm)	325 mm	325 mm	325 mm	325 mm	255 mm	206 mm
Altura (cm)	86 mm	86 mm	86 mm	380 mm	94 mm	67,5 mm
Peso (kg)	3,0 Kg	3,0 Kg	6,6 Kg	8,6 Kg	1,3 Kg	3,3 Kg
Voltagem (V)	100-240 V	100-240 V	100-240V	100-240V	USB DC 5.0V	100-240V
Corrente (A)	0,4-0,17 A	0,4-0,17 A	0,7- 0,29 A	0,7- 0,29 A	0,4 A	0,5- 0,21 A
Potência (W)	40 W	40 W	70 W	70 W	3,3 W	50 W
Bateria Recarregável	Ni-MH, 12 V 1800mAh	Ni-MH, 12 V 1800mAh	Lítio 14.8V 2200mAh	Lítio 14.8V 2200mAh	N/A	Lítio 14.8V 2200mAh
Dimensões Papel de impressão	Rolo L: 63mm	Rolo L: 63mm	Papel sanfonado C:210 mm L:140 mm A:20 m	Papel sanfonado C:210mm L:140 mm A:140 p	N/A	Papel sanfonado C:63mm L:75 mm A:20 m

TABELA COMPARATIVA CONTINUAÇÃO

Modelos	ECG-6010	ECG-8080	iE 3	iE 6	iE 12A	iE 15
Comprimento (cm)	290 mm	230 mm	324 mm	257 mm	345 mm	460 mm
Largura (cm)	245 mm	180 mm	264 mm	291 mm	260 mm	370 mm
Altura (cm)	99 mm	61 mm	95 mm	106 mm	128,5 mm	250 mm
Peso (kg)	4,6 Kg	2,5 Kg	2,3 Kg	2,5 Kg	3,4 Kg	8,8 Kg
Voltagem (V)	100-240V	100-240V	100- 240 V	100-240 V	100-240 V	100- 240 V
Corrente (A)	0,5 -0,21 A	0,4-0,17A	0,4-0,17A	0,4-0,17 A	1,1-0,46 A	0,9-0,375 A
Potência (W)	50 W	40 W	40 W	40 W	110 W	90 W
Bateria	Lítio 14.8V	Lítio 19 V	Lítio 14.8V	Lítio 14.8V	Lítio 14.8V	Lítio 14.8V
Recarregável	2200mAh	2200mAh	2200mAh	2200mAh	4400mAh	4400mAh
Dimensões	Papel sanfonado C:110 mm L:140 mm A:20 m	Não Informado	Papel sanfonado C:80 mm L:90 mm 300 P	Papel sanfonado C:110 mm L:140 mm 160 P	Papel sanfonado C:110 mm L:140 mm 160 P	Papel sanfonado Z C:210 mm L:150 mm 200 P

Modelos	iE 101	iE 300	iE 10
Comprimento (cm)	281 mm	281 mm	194 mm
Largura (cm)	191 mm	191 mm	117 mm
Altura (cm)	59 mm	59 mm	25 mm
Peso (kg)	1,3 Kg	1,3 Kg	0,5 Kg
Voltagem (V)	100-240V	100-240V	100-240V
Corrente (A)	Não Informado	Não Informado	Não Informado
Potência (W)	Não Informado	Não Informado	Não Informado
Bateria Recarregável	Lítio 11.1V 2600mAh	Lítio 11.1V 2600mAh	Lítio 3.7V 5800mAh
Dimensões Papel de impressão	Sistema de impressão matricial térmica Rolo de papel: 50 mm	Sistema de impressão matricial térmica Rolo de papel: 80 mm	Não Informado