



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA
FARMACIA MUNICIPAL – ESPECIALIZADA
Av.31, nº 959 – Fone (0XX17) 3331.1227 – CEP 14.790-000
e-mail: farmaguairajudicial@gmail.com



ANALISE DE AMOSTRAS
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 69/2018, EDITAL E PROCESSO: 159/2018,
REGISTRO DE PREÇOS: 39/2018.

EMPRESA: CIRURGIA UNIÃO LTDA

ITENS ANALISADOS: 5, 6, 7, 8.

ITEM 05 – FRALDA GERIATRICA XG

MARCA PROPOSTA: BIOFRAL TENA CLASSIC.

Foi realizada a análise da amostra apresentada: Biofral Classic *Generic* tamanho: EG.

Teste com fita métrica: REPROVADO, o produto apresenta raio de 80cm, ou seja diâmetro 160cm , considerando a colocação da tarja incompatível com o solicitado.

Fitas reposicionáveis: REPROVADO: A análise foi realizada e constatou-se que há a tarja de reposição, porem ela é fixada apenas uma vez o que impede o ajuste da posição, conforme solicitado em edital; sem a tarja o ajuste é possível, porém apenas na parte central o que reduz o tamanho em 34 cm, não atendendo o descritivo.

Teste de absorção: REPROVADO: a análise foi realizada utilizando água para verificar a capacidade de absorção e com a utilização de 180ml de água, distribuídos ao longo da fralda em intervalos de duas horas, na terceira aplicação o produto já estava totalmente deteriorada, indicando não ser para incontinência INTENSA.

SITUAÇÃO: REPROVADO.



ITEM 06 – FRALDA INFANTIL M – ATÉ 9,5 KG

MARCA PROPOSTA: LIPPY NOTURNA

Foi realizada a análise da amostra apresentada: **LIPPY NOTURNA**

Teste com fita métrica: REPROVADO, considerando a tarja de ajuste o produto não atende o solicitado, visto que foi solicitado até 9,5kg e a extensão da tarja é de 20cm o que não possibilita atender paciente com mais de 9 kilos.

Fitas reposicionáveis: APROVADO: A análise foi realizada e constatou-se que há a tarja de reposição com 20cm e possibilita ajuste quantas vezes forem necessárias.

Teste de Absorção: REPROVADO, foi solicitado produto com proteção de absorção de no mínimo 10 horas, o produto não atende o solicitado pois foi realizado teste com água na proporção de 50ml a cada hora, e o produto não resistiu a cinco aplicações, ou seja menos de 06 horas de absorção.

SITUAÇÃO: REPROVADO

ITEM 07 – FRALDA INFANTIL TAM. G – ATÉ 12,5 KG.

MARCA PROPOSTA: LIPPY NOTURNA

Foi realizada a análise da amostra apresentada: **LIPPY NOTURNA**

Teste com fita métrica: REPROVADO, considerando a tarja de ajuste o produto não atende o solicitado, visto que foi solicitado até 12,5kg e o produto apresentado atende até 12kg, há de se salientar que em se tratando de crianças essa alteração influencia de maneira considerada.

Fitas reposicionáveis: APROVADO: A análise foi realizada e constatou-se que há a tarja de reposição com 20cm e possibilita ajuste quantas vezes forem necessárias.

Teste de Absorção: REPROVADO, foi solicitado produto com proteção de absorção de no mínimo 10 horas, o produto não atende o solicitado pois foi realizado teste com água na proporção de 50ml a cada hora, e o produto não resistiu a cinco aplicações, ou seja menos de 06 horas de absorção.

SITUAÇÃO: REPROVADO

ITEM 08 – FRALDA INFANTIL TAM. XG/SXG – ATÉ 15 KG

MARCA PROPOSTA: LIPPY NOTURNA

Foi realizada a análise da amostra apresentada: **LIPPY NOTURNA**

Teste com fita métrica: REPROVADO, considerando a tarja de ajuste o produto não atende o solicitado, visto que foi solicitado até 15 kg e o produto apresentado informa atender acima de 12kg, porém em pacientes acima de 14kg ela aperta nas pernas e cintura. Há de salientar que os usuários dessas fraldas, em sua maioria não são bebês e sim portadores de necessidades especiais, que ficam acamados ou em cadeiras de rodas e se o produto não estiver de acordo pode inclusive prejudicar o usuário.

Fitas reposicionáveis: APROVADO: A análise foi realizada e constatou-se que há a tarja de reposição com 20cm e possibilita ajuste quantas vezes forem necessárias.

Teste de Absorção: REPROVADO, foi solicitado produto com proteção de absorção de no mínimo 10 horas, o produto não atende o solicitado pois foi realizado teste com água na proporção de 50ml a cada hora, e o produto não resistiu a cinco aplicações, ou seja menos de 06 horas de absorção.

SITUAÇÃO: REPROVADO

EMPRESA: RCV DO BRASIL EIRELI

ITENS ANALISADOS: 01,02 e 04.

ITEM 1: FRALDA GERIÁTRICA JUVENIL

MARCA PROPOSTA: BIGFRAL PLUS JUVENIL.

MARCA INDICADA EM EDITAL: APROVADO.

ITEM: 02 – FRALDA GERIÁTRICA P

MARCA PROPOSTA: TENA CONFORT

Foi realizada análise da amostra apresentada: **BIOFRAL TENA CONFORT**

Foi realizada a análise da amostra apresentada: BIOFRAL TENA CONFORT tamanho: P.

Teste com fita métrica: APROVADO, o produto apresenta raio de 50cm, ou seja diâmetro 100cm , compatível com o solicitado.

Fitas reposicionáveis: APROVADO: A análise foi realizada e constatou-se que há a tarja de reposição fixa, porem a tira pode ser ajustada mesmo sem a tarja ao longo da fralda possibilitando o ajuste adequado.

Teste de absorção: SATISFATORIO: a análise foi realizada utilizando água para verificar a capacidade de absorção e com a utilização de 180ml de água, distribuídos ao longo da fralda em intervalos de duas horas, na quarta aplicação o produto começou a apresentar redução na capacidade de absorção, mas ainda suportou outra aplicação, suportando 10 horas, indicando ser para incontinência INTENSA.

SITUAÇÃO: APROVADO.

ITEM: 04 FRALDA GERIATRICA G

MARCA PROPOSTA: BIOFRAL CLASSIC

Foi realizada a análise da amostra apresentada: Biofral Classic *Generic* tamanho: G.

Teste com fita métrica: REPROVADO, o produto apresenta raio de 73cm, considerando o fechamento na primeira extremidade possível, ou seja diâmetro 146cm , incompatível com o solicitado.

Fitas reposicionáveis: REPROVADO: A análise foi realizada e constatou-se que há a tarja de reposição, porem ela é fixada apenas uma vez o que impede o ajuste da posição, conforme solicitado em edital; sem a tarja o ajuste é possível, porém apenas na parte central o que reduz o tamanho em 28cm, não atendendo o descritivo.

Teste de absorção: REPROVADO: a análise foi realizada utilizando água para verificar a capacidade de absorção e com a utilização de 180ml de água, distribuídos ao longo da fralda em intervalos de duas horas, na terceira aplicação o produto já estava totalmente deteriorada, indicando não ser para incontinência INTENSA. Há de se ressaltar que foram distribuídas fraldas para 10 usuários cadastrados e TODOS reprovaram a fralda.

SITUAÇÃO: REPROVADO.

EMPRESA: LUCAS DELPHIM GUERRA DA SILVA

ITEM 3: FRALDA GERIATRICA M

MARCA PROPOSTA: MAXFRAL

Foi realizada a análise da amostra apresentada: MAXFRAL tamanho: G.

Teste com fita métrica: APROVADO, o produto apresentado é compatível com o solicitado.

Fitas reposicionáveis: APROVADO - A análise foi realizada e constatou-se que as fitas reposicionáveis permite o ajuste diversas vezes, conforme solicitado em edital.

Teste de absorção: APROVADO: a análise foi realizada utilizando água para verificar a capacidade de absorção e com a utilização de 180 ml de água, distribuídos ao longo da fralda em intervalos de duas horas, o produto começou a apresentar desgaste a partir da quinta aplicação, portanto o produto é para incontinência INTENSA.

SITUAÇÃO: APROVADO.

ITEM 9 : FRALDA INFANTIL TAM. SXG/XXG ATE 17 KG

MARCA PROPOSTA: SCOOBYDOO

Teste com fita métrica: APROVADO.

Fitas reposicionáveis: APROVADO: A análise foi realizada e constatou-se que fita pode ser ajustada diversas vezes e há um elástico na tira que permite um ajuste ainda melhor.

Teste de Absorção: APROVADO, foi solicitado produto com proteção de absorção de no mínimo 10 horas, o produto atende o solicitado pois foi realizado teste com água na proporção de 50ml a cada hora, e o produto resistiu satisfatoriamente.

SITUAÇÃO: APROVADO.

ITEM 10: FRALDA INFANTIL ATÉ 24 KG

MARCA PROPOSTA: CAPRICHO BUMMIS

Teste com fita métrica: APROVADO, atende o solicitado, visto que foi solicitado até 24 kg e o produto apresentado informa atender até 25kg,

Fitas reposicionáveis: APROVADO: APROVADO: A análise foi realizada e constatou-se que fita pode ser ajustada diversas vezes e há um elástico na tira que permite um ajuste ainda melhor.

Teste de Absorção: APROVADO, foi solicitado produto com proteção de absorção de no mínimo 10 horas, o produto atende o solicitado pois foi realizado teste com água na proporção de 50ml a cada hora, e o produto resistiu satisfatoriamente.

SITUAÇÃO: APROVADO.

Em relação aos itens **11, 12, 13, 14 e 15** foram licitados de acordo com as marcas solicitadas em Ordens Judiciais, isentos de análise das amostras. **APROVADOS.**

Item 4, o item foi reprovado e o segundo colocado propôs a mesma marca, e o terceiro apresentou marca aprovada. Solicito a classificação do terceiro.


Item 5, o item foi reprovado e o segundo classificado propôs a mesma marca, portanto solicitar amostra ao terceiro classificado.

Item 6, o item foi reprovado, solicitar amostra ao segundo classificado.

Item 7, o item foi reprovado, solicitar amostra ao segundo classificado.

Item 8, o item foi reprovado, solicitar amostra ao segundo classificado.

Jorge Uatanabi do Prado
Secretário de Saúde



Suzel Cristina Pereira Gomes
Gestora do Contrato