



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA**  
**SECRETARIA DE SAÚDE E VIGILANCIA SANITARIA**  
Avenida 31 nº 979 - Fone: (017) 3331-1227 - Centro  
CNPJ: 48.344.014.0001/59 - CEP - 14.790-000 - Guaíra - Estado de  
São Paulo  
[www.guaira.sp.gov.br](http://www.guaira.sp.gov.br) e-mail: [farmacia.pmguaيرا.sp@gmail.com](mailto:farmacia.pmguaيرا.sp@gmail.com)



Guaira, 29 de setembro de 2020

Ofício FM/SMS : 78/2020

### **ANALISE DE AMOSTRA**


Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de setembro de 2020 (dois mil e vinte) na cidade de Guaíra, Estado de São Paulo, o Secretário de Saúde: Sr. Jorge Uatanabi do Prado, juntamente com a farmacêutica Sra. Claudia Tibana, reuniram-se para análise da amostra do **Item MÁSCARA DESCARTÁVEL CIRURGICA C/ ELÁSTICO, TRIPLA PROTEÇÃO**, apresentada no Pregão Presencial nº45/2020, Processo nº 159/2020, pela empresa HOSPILAR COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO E HOSPITALAR.

Analisando a amostra apresentada, constatou-se que o produto contém as 03 (três) camadas exigidas, estas são: 02 de Tecido-Não-Tecido, sendo 01 de TNT de cor azul, 01 de TNT de cor branca e 01 (uma) camada de filtro de retenção bacteriana.

Identificamos que as amostras das máscaras contêm o clip nasal e elástico de boa elasticidade.

Desse modo, informamos que a amostra apresentada pela empresa: HOSPILAR COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO E HOSPITALAR, atende integralmente os requisitos do Edital.

Jorge Uatanabi do Prado  
Secretário Municipal de saúde  
CPF: 090.624.488-95

  
Claudia Tibana  
Farmaceutica  
CPF: 170.301.828-12