



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA
FARMACIA MUNICIPAL – ESPECIALIZADA
Av.31, nº 959 – Fone (0XX17) 3331.1227 – CEP 14.790-000
e-mail: farmaguairajudicial@gmail.com



ANÁLISE DE AMOSTRAS – 2ª ETAPA
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 55/2020, EDITAL: 108/2020,
PROCESSO:183/2020, REGISTRO DE PREÇOS: 45/2020.

EMPRESA: FORCE MEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI

ITENS ANALISADOS: 2

ITEM 02 – FRALDA GERIATRICA TAMANHO P

MARCA PROPOSTA: TENA CONFORT

Foi realizada análise da amostra apresentada: **TENA CONFORT**

Teste com fita métrica – APROVADO: o produto apresenta diâmetro dentro do tamanho solicitado.

Fitas reposicionáveis – APROVADO: a análise foi realizada e constatou-se que há a tarja de reposição fixa, porém a tira pode ser ajustada mesmo sem a tarja ao longo da fralda possibilitando o ajuste adequado.

Teste de absorção - SATISFATÓRIO: a análise foi realizada utilizando água para verificar a capacidade de absorção com a utilização de 300 mL de água, distribuídos ao longo da fralda, com repetição a cada 4 horas. O produto analisado suportou o mínimo de 2 aplicações.

SITUAÇÃO: APROVADO.

ITEM 04 – FRALDA GERIATRICA TAMANHO G
MARCA PROPOSTA: BIOFRAL CLASSIC

RECEBIDO: 08/03/2021
ASS.

Foi realizada análise da amostra apresentada: **BIOFRAL CLASSIC**

Teste com fita métrica – APROVADO: o produto apresenta diâmetro dentro do tamanho solicitado.

Fitas reposicionáveis - APROVADO: a análise foi realizada e constatou-se que há a tarja de reposição fixa, porém a tira pode ser ajustada mesmo sem a tarja ao longo da fralda possibilitando o ajuste adequado.

Teste de absorção - SATISFATÓRIO: a análise foi realizada utilizando água para verificar a capacidade de absorção com a utilização de 300 mL de água, distribuídos ao longo da fralda, com repetição a cada 4 horas. O produto analisado suportou o mínimo de 2 aplicações.

SITUAÇÃO: APROVADO.

EMPRESA: ECOLOGY PAPER LTDA ME

ITENS ANALISADOS: 1


**ITEM 05 – FRALDA GERIATRICA TAMANHO XG
MARCA PROPOSTA: ESTILO CARE**

Foi realizada análise da amostra apresentada: **ESTILO CARE**

Teste com fita métrica: REPROVADO - o produto apresenta diâmetro máximo de 155 cm, o que diverge do solicitado em edital (diâmetro máximo de 165 cm).

SITUAÇÃO: REPROVADO

Item 5: o item foi reprovado, solicitar amostra ao terceiro classificado.


Marcelle Caligaris Prado dos Santos
Gestora do Contrato


Suzel Cristina Pereira Gomes
Equipe de apoio