

ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA – ESTADO DE SÃO PAULO

Assunto: Pedido de Esclarecimento

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2020

PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA., CNPJ sob o n.º 58.295.213/0021-11, sediada na Rua Otto Salgado, 250 - CEP: 37066-440 - Ind. Cláudio Galvão, Varginha – MG, por ser sociedade distribuidora e fabricante de equipamentos médico-hospitalares, exigidos nos autos deste Processo, tipo menor preço, vem, respeitosamente, formalizar PEDIDO DE ESCLARECIMENTO, nos termos das razões abaixo.

Do edital:

Espessura de corte mínima de 0.75mm ou menor;

Solicitamos alteração deste item para mínimo de 0,8mm ou inferior, visando equiparar todas as companhias e manter assim a isonomia do pleito. Na rotina clínica geral, a grande maioria das reconstruções são feitas com espessuras de 1 a 2 mm com interpolações isotrópicas, sem que haja qualquer prejuízo nas imagens e/ou na qualidade das informações para o médico radiologista, tendo em vista a demanda de exames sem alta complexidade para este segmento de 16 canais. Isso visa diminuir o peso dos arquivos a serem processados e transferidos para o PACS/HIS. Os artefatos de ruídos presentes em alguns tipos de exames também tendem a serem amenizados com essa condição (Obesos, pediátricos com baixa dose) garantindo a boa qualidade das imagens sem nenhuma necessidade extra.

Campo de visão variável entre 50 e 500mm ou superior;

Solicitamos alterar este item para campo de visão variável entre 50 e 450mm no mínimo ou superior, visando equiparar todas as companhias e manter a isonomia do pleito. Informamos que o nosso projeto visa a melhor relação custo-benefício sem perder a eficiência e qualidade, utilizando uma distância Ponto-focal menor. Com isso, aumentamos a qualidade do Isocentro da imagem adquirida com ganho significativo na resolução final. Destacamos ainda uma dose de radiação menor através de uma maior amostragem de leitura dos fótons por rotação, protegendo os pacientes e garantindo a longevidade do tubo.

A aceitação das sugestões supra citadas promoverá maior vantajosidade econômica ao órgão, além de possibilitar a participação de fabricantes que atendem a necessidade fim da aquisição, com grande aceitabilidade clínica e excelente desempenho

Pede-se, ainda, a especial gentileza de ser retornada a resposta a presente para o e-mail anelisa.coelho@philips.com e/ou sonia.borges@philips.com

Atenciosamente,

Varginha, 17 de julho de 2020.


AVELINO DE CAMPOS FIGUEIRA
LICITAÇÕES PHILIPS MEDICAL