

PEDIDO DE ALTERAÇÃO - PE - 03 - 2020 - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA - GUAÍRA - SP - CT

quarta-feira, 22 de julho de 2020 14:30

Assunto	PEDIDO DE ALTERAÇÃO - PE - 03 - 2020 - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA - GUAÍRA - SP - CT
De	Ailton Queiroz
Para	compras@guaira.sp.gov.br
Cc	Reginaldo Silveira; marcelo.araujo; Concorrencia
Enviados	segunda-feira, 20 de julho de 2020 16:09

A
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA
GUAÍRA/SP

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2020
TIPO MENOR POR ITEM

OBJETO: AQUISIÇÃO DE TOMÓGRAFO COMPUTADORIZADO HELICOIDAL,
ATENDENDO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA/SP.

PEDIDO DE ALTERAÇÃO – ITEM 01 – TOMÓGRAFO COMPUTADORIZADO HELICOIDAL 16 CORTES

Prezado Pregoeiro,

A empresa **CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA.**, inscrita no **CNPJ sob nº 46.563.938/0013-54**, vem tempestivamente, solicitar **Alteração do Edital, ITEM 01 – TOMÓGRAFO COMPUTADORIZADO DE 16 CORTES**, pelos seguintes motivos a seguir:

Ao analisarmos as especificações técnicas verificamos a necessidade de esclarecer alguns pontos, para que todos os licitantes possam apresentar suas propostas de forma regular, e primordialmente propiciar a este órgão público a melhor análise de todas, para escolher a mais vantajosa para administração pública.

DA ALTERAÇÃO

Onde se lê: “Capacidade térmica do anodo de no mínimo 3 MHU” e “Capacidade de resfriamento do tubo de 500 kHU/min”

Alterar para: “Capacidade térmica do anodo de no mínimo 5 MHU” e “Capacidade de resfriamento do tubo de 800 kHU/min”

Justificativa - Por se tratar de um serviço de assistência pública que supostamente terá um alto volume de exames e de diversas complexidades, o equipamento precisa oferecer

tecnologias que suportem esse tipo de exposição sem apresentar potencial risco de parada (queima de tubo). O tubo de raio-x representa de 30 a 40% do valor do equipamento, prever uma maior durabilidade desse item neste momento garantirá um melhor aproveitamento do investimento público. Além do fator acima mencionado, o ajuste da capacidade térmica do anodo e da capacidade de resfriamento do tubo referem-se a uma equalização técnica do certame para que todas empresas ofertem equipamentos equivalentes entre si, não favorecendo comercialmente nenhuma empresa e conseqüentemente aumentando a competitividade comercial do processo, o que maximiza o investimento público.

Onde se lê: Estabilizador de rede(externo ou internamente ao tomógrafo) com potência compatível para todo o equipamento

Alterar para: Estabilizador de rede externo ao tomógrafo com potência compatível para todo o equipamento

Justificativa - Para garantir a proteção do equipamento, é necessário solicitar que o sistema de estabilização suporte variações de tensão superiores a 10%, uma vez que a taxa de variação máxima estipulada pela Aneel é de 10%, porém historicamente ocorrem picos de tensão que ultrapassam esse limite estipulado, com isso, estabilizadores internos que não apresentam essa margem de suporte a variação podem ocasionar problemas ao equipamento. Prever estabilizadores externos que suportem variações de tensão superiores a 10% irá garantir uma maior segurança do investimento público.

ALTERAÇÃO – CONDIÇÕES COMERCIAIS

Prazo de entrega: "IMEDIATA"

Alterar para: 120 (CENTO E VINTE) dias úteis

Justificativa: Por se tratar de um equipamento importado (Japão), faz necessário prorrogar o prazo exigido inicialmente no edital para que possamos ofertar o equipamento de Tomógrafo.

DO PEDIDO:

Senhor Pregoeiro, serve a presente para requerer à V.Sas. o pedido de Alteração da descrição técnica para que possamos participar deste pleito e elaborar nossa proposta em igualdade de condições, propiciando a este órgão Público a análise de outras propostas e a escolha da mais vantajosa.

A Canon Medical possui uma ampla linha de produtos, é fornecedora tradicional no mercado Brasileiro tanto no mercado Público como no Privado e tem todo interesse em participar dos processos licitatórios instaurados por este Órgão.

Atenciosamente,

Ailton Queiroz

Canon Medical Systems do Brasil | Departamento de Licitação
Avenida Ceci 328, Tamboré, Barueri, São Paulo – Brasil, CEP 06460-120

P (55 11) 4134-0135

E ailton.queiroz@br.medical.canon / concorrenca@br.medical.canon | W br.medical.canon

Canon

CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA.

Made For life