

Assunto: **PEDIDO DE ESCLARECIMENTO E ALTERAÇÃO - PE -
04 - 2020 - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE
GUAÍRA - GUAÍRA - SP - CT**



De: Ailton Queiroz <ailton.queiroz@br.medical.canon>
administracao@santacasadeguaira.com.br
Para: <administracao@santacasadeguaira.com.br>,
compras@guaira.sp.gov.br <compras@guaira.sp.gov.br>
Reginaldo Silveira <reginaldo.silveira@br.medical.canon>,
marcelo.araujo@radmax.med.br
Cc: <marcelo.araujo@radmax.med.br>, Concorrencia
<concorrencia@br.medical.canon>
Data: 17/09/2020 11:01

A
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA
GUAÍRA/SP

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2020
PROCESSO Nº 04/2020

OBJETO: AQUISIÇÃO DE TOMÓGRAFO COMPUTADORIZADO HELICOIDAL, ATENDENDO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA/SP

PEDIDO DE ALTERAÇÃO E ESCLARECIMENTO DO EDITAL – ITEM 01 – TOMÓGRAFO

Prezado Pregoeiro,

A empresa **CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA.**, inscrita no **CNPJ sob nº 46.563.938/0013-54**, vem tempestivamente, solicitar **Alteração e Esclarecimento do Edital, ITEM 01 – TOMÓGRAFO**, pelos seguintes motivos a seguir:

Ao analisarmos as especificações técnicas verificamos a necessidade de esclarecer alguns pontos, para que todos os licitantes possam apresentar suas propostas de forma regular, e primordialmente propiciar a este órgão público a melhor análise de todas, para escolher a mais vantajosa para administração pública.

DA ALTERAÇÃO:

Onde se lê: "Capacidade térmica do anodo de no mínimo 2 MHU" e "Capacidade de resfriamento do tubo de 500 kHU/min"

Ajustar para: "Capacidade térmica do anodo de no mínimo 5 MHU" e "Capacidade de resfriamento do tubo de 800 kHU/min"

Justificativa - Por se tratar de um serviço de assistência pública que supostamente terá um alto volume de exames e de diversas complexidades, o equipamento precisa oferecer tecnologias que suportem esse tipo de exposição sem apresentar potencial risco de parada (queima de tubo). O tubo de raio-x representa de 30 a 40% do valor do equipamento, prever uma maior durabilidade desse item neste momento garantirá um melhor aproveitamento do investimento público. Além do fator acima mencionado, o ajuste da capacidade térmica do anodo e da capacidade de resfriamento do tubo referem-se a uma equalização técnica do certame para que todas as empresas ofertem equipamentos equivalentes entre si, não favorecendo comercialmente nenhuma empresa e conseqüentemente aumentando a competitividade comercial do processo, o que maximiza o investimento público.

Onde se lê: Estabilizador de rede(externo ou internamente ao tomógrafo) com potência compatível para todo o equipamento

Justificativa - Para garantir a proteção do equipamento, é necessário solicitar que o sistema de estabilização suporte variações de tensão superiores a 10%, uma vez que a taxa de variação máxima estipulada pela Aneel é de 10%, porém historicamente ocorrem picos de tensão que ultrapassam esse limite estipulado, com isso, estabilizadores internos que não apresentam essa margem de suporte a variação podem ocasionar problemas ao equipamento. Prever estabilizadores externos que suportem variações de tensão superiores a 10% irá garantir uma maior segurança do investimento público.

ESCLARECIMENTO:

Em dois pontos distintos do edital são pedidos diferentes prazos de garantia. No termo de referência é solicitado "Garantia integral de 01 ano, com Manutenção Preventiva e Corretiva, incluindo reposição de peças, treinamento, instalação e Manual, com assistência técnica 24hrs uteis a partir do primeiro chamado" e na cláusula das obrigações da contratada é solicitado "Oferecer Garantia integral de 03 (três) anos, com Manutenção Preventiva e corretiva, incluindo reposição de peças" por gentileza esclarecer qual prazo de garantia deve ser considerado.

ALTERAÇÃO – CONDIÇÕES COMERCIAIS

Prazo de entrega: "30 (TRINTA) dias "

Alterar para: 120 (CENTO E VINTE) dias úteis

Justificativa: Por se tratar de um equipamento importado (Japão) e de alta complexidade, faz necessário prorrogar o prazo exigido inicialmente no edital para que possamos ofertar o equipamento Tomógrafo em conformidade com o praticado no mercado.

DO PEDIDO:

Senhor Pregoeiro, serve a presente para requerer à V.Sas. o pedido de Alteração e Esclarecimento da descrição técnica para que possamos participar deste pleito e elaborar nossa proposta em igualdade de condições, propiciando a este órgão Público a análise de outras propostas e a escolha da mais vantajosa.

A Canon Medical possui uma ampla linha de produtos, é fornecedora tradicional no mercado Brasileiro tanto no mercado Público como no Privado e tem todo interesse em participar dos processos licitatórios instaurados neste Órgão.

Atenciosamente,

Ailton Queiroz

Canon Medical Systems do Brasil | Departamento de Licitação
Avenida Ceci 328, Tamboré, Barueri, São Paulo – Brasil, CEP 06460-120
P (55 11) 4134-0135

E ailton.queiroz@br.medical.canon / concorrenca@br.medical.canon | W br.medical.canon