



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA/SP

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ/MF nº 48.344.014/0001-59

secretaria@guaira.sp.gov.br

www.guaira.sp.gov.br



Guaíra/SP, 21 de Março de 2022

Ofício SMS A nº: 96/2022

Encaminhamos este, para nos termos da legislação vigente, ser realizada a aquisição do seguinte objeto:

DESCRIPTIVO	
Órgão Solicitante	Secretaria Municipal de Saúde – AVALIAÇÃO SOCIAL
Justificativa/Finalidade	Locação de Concentrador de Oxigênio para atender às necessidades dos pacientes com indicação médica para uso do referido aparelho e com parecer favorável da assistente social. Informo que essa locação deverá ser de forma direta, pois já existe um processo licitatório em andamento no Departamento de Compras
Objeto	Concentrador de Oxigênio
	Declaramos que o objeto a ser licitado está suficientemente descrito conforme anexo, para a formulação da proposta pertinente e consequente satisfação da Administração, não havendo, salvo melhor juízo, características restritivas que possa a dificultar a ampla concorrência.
Especificações de Prazos	Limite Máximo para entrega de 03 dias úteis, após solicitação feita pela responsável e entregue no domicílio a ser indicado pela Secretaria de Saúde.
Vigência Contratual	03 meses
Local de Entrega	A ser indicado pela Secretaria de Saúde
Entrega Parcelada	Locação conforme pedido da Assistente Social
Dotação Orçamentária	
Indicação de Gestor Contratual	Maria Cecília Ávila Rocha Santana RG: 1.993.076 SSP GO CPF: 484.579.141



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA/SP
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ/MF nº 48.344.014/0001-59

secretaria@guaira.sp.gov.br

www.guaira.sp.gov.br



Quantidade Total

Quantidade citada no termo de referência

Atenciosamente,

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

ITEM	DESCRIÇÃO	CONSUMO MAXIMO
01	CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO DE 5 A 10 LTS/MIN- Concentrador de oxigênio medicinal, com rodízios nos pés com as seguintes características mínimas: Aparelho Concentrador de Oxigênio, com alimentação elétrica 110 V ou 220 v dependendo do local da instalação, com fluxômetro com vazão a 0,5 a 10 l/m (litros por minuto) e níveis de pureza satisfatórios. Alarmes para falta de energia. Incluso os seguintes acessórios: 01 frasco umidificador de oxigênio com troca a cada 3 meses, se necessário. 01 cateter nasal ou máscara nasal com troca a cada 3 meses, se necessário 01 cilindro de backup com capacidade de 4 a 10 m3 (cilindro de backup), com válvula reguladora e fluxômetro com primeira carga completa para utilização exclusiva em pane elétrica do concentrador. Registro Anvisa para todos os equipamentos e acessórios.	01
02	CONCENTRADOR DE OXIGENIO DE 5 LTS/MIN .Concentrador de Oxigênio de 0 a 5 litros/min de oxigênio medicinal, com rodízios nos pés com as seguintes características mínimas: Aparelho Concentrador de Oxigênio, com alimentação elétrica 110 V ou 220 v dependendo do local da instalação, com fluxômetro com vazão a	54



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA/SP

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ/MF nº 48.344.014/0001-59

secretaria@guaira.sp.gov.br

www.guaira.sp.gov.br



0,5 a 5 l/m (litros por minuto) e níveis de pureza satisfatórios. Alarmes para falta de energia. Incluso os seguintes acessórios: 01 frasco umidificador de oxigênio com troca a cada 3 meses, se necessário. 01 cateter nasal ou máscara nasal com troca a cada 3 meses, se necessário 01 cilindro de backup com capacidade de 4 a 10 m3 (cilindro de backup), com válvula reguladora e fluxômetro com primeira carga completa para utilização exclusiva em pane elétrica do concentrador. Registro Anvisa para todos os equipamentos e acessórios	
---	--

Guairá-SP, 21 de Março de 2022

Fernando dos Santos

Chefe do Departamento de Administração do Sistema de Saúde

Em 22 de 03 de 2022,
recebi o presente.

CLEBER SANDER FERREIRA
Diretor de Compras
CPF: 290.205.108-51



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA
SECRETARIA DE SAÚDE

Avenida 9 nº 901 - Fone: (017) 3330-2800 - Centro

CNPJ: 48.344.014.0001/59 - CEP - 14.790-000 -

Guairá - Estado de São Paulo

www.guaira.sp.gov.br

e-mail: saude.guaira@gmail.com



Guaira, 21 de março de 2022.

Ofício Setor Social 01/22

Assunto: Solicitação Aluguel de Concentrador de Oxigênio.


Prezado Senhor,

No município oferecemos tratamento domiciliar para pacientes que necessitam de administração suplementar de oxigênio. É oportuno ressaltar que o programa de oxigenoterapia domiciliar reduz o tempo de internação hospitalar, diminuindo as chances de complicações clínicas e liberando leitos para pacientes de maior complexidade.

No momento contamos com 56 pacientes que utilizam concentradores de oxigênio, sendo 55 da Empresa Air Liquide e 1 paciente da Empresa Lumiar. O PP 54/20 – Processo 201/20 finaliza neste mês de março e temos empenho somente para o pagamento referente a este mês. A solicitação de um novo Pregão com certame em 22 de março 2022, no entanto no dia 18 de março foi suspenso até a presente data, em razão de 2 impugnações apresentadas.

Diante do exposto, e como não temos data para novo certame, solicitamos aluguel, por três meses, dos concentradores de oxigênio em uso, até a finalização do processo.

Atenciosamente,


Maria Cecilia Ávila Rocha
Assistente Social
CRESS 31.683 D
Sec. Mun. de Saúde Guairá SP

Ilmo. Sr.
Cleber Sander Ferreira
Diretor de Compras
Guairá- SP

1. OBJETO

ITEM	DESCRIÇÃO	CONSUMO MINIMO
01	CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO DE 5 A 10 LTS/MIN- Concentrador de oxigênio medicinal, com rodízios nos pés com as seguintes características mínimas: Aparelho Concentrador de Oxigênio, com alimentação elétrica 110 V ou 220 v dependendo do local da instalação, com fluxômetro com vazão a 0,5 a 10 l/m (litros por minuto) e níveis de pureza satisfatórios. Alarmes para falta de energia. Incluso os seguintes acessórios: 01 frasco umidificador de oxigênio com troca a cada 3 meses, se necessário. 01 cateter nasal ou máscara nasal com troca a cada 3 meses, se necessário 01 cilindro de backup com capacidade de 4 a 10 m3 (cilindro de backup), com válvula reguladora e fluxômetro com primeira carga completa para utilização exclusiva em pane elétrica do concentrador. 05301) 583 Registro Anvisa para todos os equipamentos e acessórios.	03
02	CONCENTRADOR DE OXIGENIO DE 5 LTS/MIN .Concentrador de Oxigênio de 0 a 5 litros/min de oxigênio medicinal, com rodízios nos pés com as seguintes características mínimas: Aparelho Concentrador de Oxigênio, com alimentação elétrica 110 V ou 220 v dependendo do local da instalação, com fluxômetro com vazão a 0,5 a 5 l/m (litros por minuto) e níveis de pureza satisfatórios. Alarmes para falta de energia. Incluso os seguintes acessórios: 01 frasco umidificador de oxigênio com troca a cada 3 meses, se necessário. 01 cateter nasal ou máscara nasal com troca a cada 3 meses, se necessário 01 cilindro de backup com capacidade de 4 a 10 m3 (cilindro de backup), com válvula reguladora e fluxômetro com primeira carga completa para utilização exclusiva em pane elétrica do concentrador. Registro Anvisa para todos os equipamentos e acessórios	165