



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA/SP
DIRETORIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ/MF nº 48.344.014/0001-59

secretaria@guaira.sp.gov.br

www.guaira.sp.gov.br



Guaíra/SP, 22 de Março de 2023

Ofício DMS A nº: 078 /2023

Encaminhamos este, para nos termos da legislação vigente, ser realizada a aquisição do seguinte objeto:

DESCRITIVO	
Órgão Solicitante	Diretoria Municipal de Saúde
Justificativa/Finalidade	Aquisição urgente de materiais odontológicos para suprir o atendimento nos PSFs e no CEO que fracassaram no PE 59/22 e PE 11/23. Informo que os materiais listados são necessários para a parte da cirurgia e periodontia, sem eles não tem como fazer nenhuma extração de dente. Além disto, há apenas duas caixas em estoque.
Objeto	Aquisição de materiais odontológicos
	Declaramos que o objeto a ser contratado está suficientemente descrito conforme anexo, para a formulação da proposta pertinente e consequente satisfação da Administração, não havendo, salvo melhor juízo, características restritivas que possa a dificultar a ampla concorrência.
Especificações de Prazos	VIGÊNCIA: 60 (sessenta) dias
Local de Entrega	Centro de Especialidades Odontológicas – Avenida 33, 120 – Bom Jesus – Guaíra/SP, das 07:00 às 17:00 hs. de segunda a sexta-feira.
Entrega	Entrega total e imediata em até 10 (dez) dias após a emissão do empenho.
Dotação Orçamentária	Fichas 423



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA/SP
DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ/MF nº 48.344.014/0001-59

secretaria@guaira.sp.gov.br

www.guaira.sp.gov.br



TERMO DE REFERÊNCIA (RETIFICADO)

1. OBJETO

ITEM	DESCRIÇÃO	Quantidade
1	Fio de Sutura de seda preto 3,0 cx c/ 24 uni * Agulha em aço-inox siliconizada, 1/2 círculo cortante 1,7cm. * Fio sintetizado com material natural, filamento de Seda Natural e Trançada. * Esterilizado em Raio Gama. * As agulhas são inspecionadas individualmente quanto à ponta, lubrificação e fixação para garantir punção fácil e segura. * Atóxico, não piro gênico, de uso único e estéril. * Embalados individualmente em Papel Grau Cirúrgicos, sendo que a embalagem primária trata-se de envelope metalizado internamente, garantindo a integridade do fio. * Uso exclusivo em Odontologia. * Validade: 5 anos.	60 cx
2	Fio de Sutura Absorvível Vicryl 4-0 cx c/ 12 un. * Com agulha CT 1/2 - 1,6cm. * Os fios de sutura VICRYL são esterilizados por Óxido de Etileno. * São absorvíveis. * Compostos de copolímero obtido a partir de Glicolida e Lactida, revestida com Poliglactina 370 e Estearato de Cálcio. * É incolor e construída por trançamento.	01 cx
3	Fio de Sutura de Nylon 4-0 cx c/ 24 un. * Sutura de Nylon absorvível de origem sintética, de poliamida, em mono filamento, fio preto com agulhas cirúrgicas de aço inox. * Fio de 45 cm; * Com agulha 1/2 CT (círculo triangular) 1,5 cm * Validade: 3 anos	10 cx

Solicitação nº 1955/23

Guairá-SP, 22 de Março de 2023.

Fernando dos Santos
Chefe do Departamento de Adm do Sistema de Saúde

Em 23 de 03 de 23,
recebi o presente.

Departamento de Compras