

## RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Novembro/2023

### 1. IDENTIFICAÇÃO

#### 1.1 DADOS DA OSC

**OSC:** Santa Casa de Misericórdia de Guairá - SP **CNPJ:** 48.341.283/0001-61

**Endereço:** Rua 24, nº 872, Jardim Paulista.

**CEP:** 14.790-000

**Telefone:** (17) 3332-7000

**E-mail:** administracao@santacasadeguaira.com.br

**Site:** <https://www.santacasadeguaira.com.br> **Data da fundação:** 18/11/1957

#### 1.2 DADOS DO AJUSTE

**Processo nº:** 182/2023 **Termo de Fomento nº:** 06/2023

**Objeto do Ajuste:** Custeio Parcial de Contrato de Aquisição – Usina Geradora de Oxigênio + Envasador.

**Vigência:** 08/11/2023 a 07/05/2024

**Valor:** R\$ 217.654,00

**Comissão de Monitoramento e Avaliação:**

**Decreto n.º 6800, de 17 de Julho de 2023:** Flávia Ferreira da Silva, Rogério Pereira de Souza e Letícia Sarri.

**1.3 MÊS DE REFERÊNCIA:** Novembro/2023.

### 2. METAS

#### 2.1 METAS QUANTITATIVAS

Previstas	Executadas
Realizar o custeio de usina geradora de oxigênio + envasador.	Em Execução

\* Cópia das notas fiscais apresentadas no relatório financeiro.

#### 2.2 METAS QUALITATIVAS

Previsto	Executado
Oferecer o tratamento com oxigênio produzido pela usina geradora, com oxigênio até 95% de pureza, que são exigidos para utilização do mesmo pela ANVISA e RDC 050.	<b>Pureza do oxigênio (%)</b>
	<b>Novembro/2023</b>
	95,1%

### 3. ANEXOS

Segue anexo ao relatório os seguintes documentos de verificação:

- Laudo de pureza do oxigênio emitido por técnico responsável da empresa contratada;
- Controle de qualidade emitido por técnico responsável pela contratante.



## **Santa Casa de Misericórdia de Guairá**

Rua 24, 872 – Jardim Paulista – Guairá (SP)

Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000

CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

Guairá/SP, 11 de janeiro de 2024.

---

**FRANCINE LUCAS**

**CPF: 225.806.668-93**

**INTERVENTORA**

**DECRETO MUNICIPAL Nº 6306 DE 09 DE MAIO DE 2022**

**CERTIFICADO Nº: 031/21**

**Empresa:** Fulltec Indústria, Comércio e Manutenção de Equipamentos Ltda

**Endereço:** Rua Dr. Plínio Gonçalves Marques, 1264, Pinheirinho, Curitiba, Paraná

**Telefone:** (41) 3298-2096

**Produto:** DOCS 200

**Série:** 200.034.0721

**Data de realização dos testes:** 21/07/2021

### TESTES REALIZADOS

Teste	Parâmetro	Resultado
Pureza de Oxigênio	90 – 96%	93,9%

**Observações:**

P2002110

**Referências:**

ANVISA – Resolução RDC 50, de 21 de fevereiro de 2002

Norma Brasileira - ABNT NBR 12.188/2016

Norma Brasileira - ABNT NBR 13.587/2017

**Conclusão:**  APROVADO

REPROVADO



---

**Emerson Andrade Felix da Silva**

Eng. Químico – CRQ IX Região 9302729 – CREA/PR 124462/D

[www.pcigases.com.br](http://www.pcigases.com.br)

+55 (41) 3287-0581 / +55 (41) 3286-1442

Rua Anne Frank, 5111, CEP 81730-010, Boqueirão, Curitiba, Paraná

**CERTIFICADO N°: 5011/23**

**Santa Casa de Misericórdia de Guairá**

Endereço: Rua 24, número 872 Jardim Paulista - Guairá-SP Telefone: (17) 3332-7000

**Produto:** DOCS 200

**NS:** 200.034.0721

**Fab:** 2021

**Vazão:** 12m<sup>3</sup>/h

Data de realização da inspeção 01/11/2023

**TESTES REALIZADOS**

Teste	Parâmetro	Resultado
Pureza de Oxigênio	90 — 96%	95,1%
Pressão de Saída	4 - 6.9bar	5.1Bar

Observações:

Referências:


ANVISA — Resolução RDC 50, de 21 de fevereiro de 2002

Norma Brasileira - ABNT NBR 12.188/2016

Norma Brasileira - ABNT NBR 13.587/2017

**Conclusão: (X) APROVADO**

**( ) REPROVADO**



---

ELIÉZER MAGALHÃES CASTRO  
GERENTE DE PROJETOS E MANUTENÇÃO