

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Maio/2024

1. IDENTIFICAÇÃO

1.1 DADOS DA OSC

OSC: Santa Casa de Misericórdia de Guairá - SP **CNPJ:** 48.341.283/0001-61

Endereço: Rua 24, nº 872, Jardim Paulista.

CEP: 14.790-000

Telefone: (17) 3332-7000

E-mail: administracao@santacasadeguaira.com.br

Site: <https://www.santacasadeguaira.com.br> **Data da fundação:** 18/11/1957

1.2 DADOS DO AJUSTE

Processo nº: 182/2023 **Termo de Fomento nº:** 06/2023

Objeto do Ajuste: Custeio Parcial de Contrato de Aquisição – Usina Geradora de Oxigênio + Envasador.

Vigência: 08/11/2023 a 07/06/2024

Valor: R\$ 217.654,00

Comissão de Monitoramento e Avaliação:

Decreto n.º 6800, de 17 de Julho de 2023: Flávia Ferreira da Silva, Rogério Pereira de Souza e Letícia Sarri.

1.3 MÊS DE REFERÊNCIA: Maio/2024.

2. METAS

2.1 METAS QUANTITATIVAS

Previstas	Executadas
Realizar o custeio de usina geradora de oxigênio + envasador.	Em Execução

* Cópia das notas fiscais apresentadas no relatório financeiro.

2.2 METAS QUALITATIVAS

Previsto	Executado
Oferecer o tratamento com oxigênio produzido pela usina geradora, com oxigênio até 95% de pureza, que são exigidos para utilização do mesmo pela ANVISA e RDC 050.	Pureza do oxigênio (%)
	Maio/2024
	95,9%

3. ANEXOS

Segue anexo ao relatório os seguintes documentos de verificação:

- Laudo de pureza do oxigênio emitido por técnico responsável da empresa contratada;
- Controle de qualidade emitido por técnico responsável pela contratante.



Santa Casa de Misericórdia de Guáira

Rua 24, 872 – Jardim Paulista – Guáira (SP)

Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000

CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

Guáira/SP, 13 de junho de 2024.

FRACIENE LUCAS

CPF: 225.806.668-93

INTERVENTORA

DECRETO MUNICIPAL Nº 6306 DE 09 DE MAIO DE 2022

CERTIFICADO Nº: 031/21

Empresa: Fulltec Indústria, Comércio e Manutenção de Equipamentos Ltda

Endereço: Rua Dr. Plínio Gonçalves Marques, 1264, Pinheirinho, Curitiba, Paraná

Telefone: (41) 3298-2096

Produto: DOCS 200

Série: 200.034.0721

Data de realização dos testes: 21/07/2021

TESTES REALIZADOS

Teste	Parâmetro	Resultado
Pureza de Oxigênio	90 – 96%	93,9%

Observações:

P2002110

Referências:

ANVISA – Resolução RDC 50, de 21 de fevereiro de 2002

Norma Brasileira - ABNT NBR 12.188/2016

Norma Brasileira - ABNT NBR 13.587/2017

Conclusão: APROVADO

REPROVADO



Emerson Andrade Felix da Silva

Eng. Químico – CRQ IX Região 9302729 – CREA/PR 124462/D

www.pcigases.com.br

+55 (41) 3287-0581 / +55 (41) 3286-1442

Rua Anne Frank, 5111, CEP 81730-010, Boqueirão, Curitiba, Paraná



Santa Casa de Misericórdia de Guairá

Rua 24, 872 – Jardim Paulista – Guairá (SP)

Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000

CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

CERTIFICADO N° 5005/24

Santa Casa de Misericórdia de Guairá

Endereço: Rua 24, 872 Jardim paulista

Produto: DOCS 200

NS: 200.034.0721

Fab: 2021

Vazão: 12m³/h

Data de realização da inspeção: 01/05/2024

TESTES REALIZADOS

Testes	Parâmetros	Resultado
Pureza de Oxigênio	90 - 96%	95.9%
Pressão de Saída	4 - 6.9 bar	5.3bar

Observações:

Referências Normativas:

ANVISA- Resolução RDC 50, de 21 de fevereiro de 2002

ABNT- NBR 12.188/2016

ABNT – NBR 13.587/20217

Conclusão: (X)Aprovado ()Reprovado

ELIÉZER MAGALHÃES CASTRO
GERENTE DE PROJETOS E MANUTENÇÃO